

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
โคมไฟเย็บแผล

๑. ความต้องการ

โคมไฟส่องตรวจ ชนิดเคลื่อนที่ มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ส่องตรวจ มีล้อ รองรับการเคลื่อนย้าย

๓. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑ สามารถใช้กับไฟฟ้า ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิร์ตซ์
- ๓.๒ ได้รับมาตรฐาน IEC ๖๐๖๐๑-๑/๖๐๖๐๑-๑-๒/๖๐๖๐๑-๒-๔๑
- ๓.๓ เป็นผลิตภัณฑ์ที่ประกอบในประเทศสหรัฐอเมริกา

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ ส่วนโคมไฟ

- ๔.๑.๑ ใช้หลอดไฟ LED ๒ ชุด อายุการใช้งานประมาณ ๔๐,๐๐๐ ชั่วโมง
- ๔.๑.๒ ให้ความเข้มแสง(Light Intensity) ๒ ระดับ ที่ไม่น้อยกว่า ๒๕,๐๐๐ Lux ที่ระยะ ๔๖ ซม. และที่ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ Lux ที่ระยะ ๔๖ ซม. Color Temperature ๔,๖๐๐ องศาเคลวิน Color Rendering Index ไม่น้อยกว่า ๙๓

๔.๒ ส่วนที่ตั้งโคมไฟ

- ๔.๒.๑ ส่วนขาตั้งโคมไฟทำด้วยโลหะหล่อเพื่อป้องกันการล้มของตัวโคม มีล้อไม่น้อยกว่า ๔ ล้อ พร้อมระบบล็อกล้อ ๒ ล้อ
- ๔.๒.๒ ส่วนแขนโคมไฟ แบบ K-Arm ที่สามารถยืดแขนโคมไฟได้ไม่น้อยกว่า ๗๐ ซม. โดยปราศจาก Drifting มีแกนหมุนเพื่อการปรับตำแหน่ง และทิศทางของโคมไฟในการส่องตรวจตามต้องการ

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ มีคู่มือการใช้งานและบำรุงรักษา
- ๕.๒ รับประกันคุณภาพในภาวะการใช้งานปกติ ๑ ปี
- ๕.๓ ผู้เสนอราคาต้องมีเอกสารแสดงการเป็นตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต หรือได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายจากตัวแทนจำหน่ายโดยตรงจากบริษัทผู้ผลิต

๖. ราคากลาง

๓๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ.....*Mr*.....ประธานคณะกรรมการ
(นายพงษ์เทพ โกฉัยพัฒน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....*สุวรรณา เพชรเกลี้ยง*.....กรรมการ
(นางสุวรรณา เพชรเกลี้ยง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ.....*Or*.....กรรมการ
(นายณัฐพัฒน์ หงส์รัตน์)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน