

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง
โคมไฟเย็บแผล

๑. ความต้องการ

โคมไฟส่องตรวจชนิดเคลื่อนที่มีคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้ส่องตรวจ ส่องให้แสงสว่างขณะทำการหัตถการต่าง ๆ

๓. คุณสมบัติทั่วไป

๓.๑ เป็นโคมไฟสำหรับใช้ส่องตรวจ ส่องให้แสงสว่างขณะทำการหัตถการ ชนิดหลอดไฟ LED มีล้อเลื่อน มีความมั่นคงแข็งแรง เคลื่อนที่ไปมาได้สะดวก

๓.๒ ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ V, ๕๐ Hz

๓.๓ โคมไฟมีแขนยื่นยาว สามารถปรับทิศทางของแสงที่ส่องสว่างได้โดยสะดวกตามความต้องการของผู้ใช้งาน

๔. คุณสมบัติทางเทคนิค

๔.๑ หลอดไฟเป็นชนิด LED

๔.๒ อายุการใช้งานของหลอดไฟ ไม่น้อยกว่า ๔๐,๐๐๐ ชั่วโมง

๔.๓ สามารถให้กำลังส่องสว่างได้ไม่น้อยกว่า ๕๐,๐๐๐ Lux

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

๕.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยถูกใช้งาน/สาธิตการใช้งานมาก่อน

๕.๒ มีคู่มือการใช้งาน ๑ ชุด

๕.๓ มีคู่มือซ่อมบำรุงวงจร ๑ ชุด

๕.๔ รับประกันคุณภาพอย่างน้อย ๑ ปี ทั้งค่าบริการและค่าอะไหล่โดยไม่นับรวมกับวันที่เสีย พร้อมทั้งมีการตรวจเช็คสภาพทุก ๖ เดือน ภายในระยะเวลาประกัน และหากมีปัญหาในระยะเวลาประกัน ทางบริษัทยินดีซ่อมแซมหรือเปลี่ยนแปลงอุปกรณ์ให้โดยไม่คิดมูลค่า


๕.๕ มีหนังสือรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่ายของบริษัทผู้ผลิต


๕.๖ มีหลักฐานแสดงว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้คุณภาพมาตรฐาน ตามคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานที่เชื่อถือได้

๕.๗ บริษัทผู้จำหน่ายมีเอกสารยืนยันการสำรองอะไหล่ของแท่งที่พร้อมจะให้บริการหลังการขายกับทางโรงพยาบาลเป็นเวลาไม่น้อยกว่า ๕ ปี

๖. ราคากลาง

๓๐,๐๐๐.๐๐ (สามหมื่นบาทถ้วน)

ลงชื่อ..........ประธานคณะกรรมการ
(นายพงษ์เทพ โกฉัยพัฒน์)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นางสุวรรณา เพชรเกลี้ยง)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ..........กรรมการ
(นายณัฐพัฒน์ หงส์รัตน์)

เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ปฏิบัติงาน